

患 者 の 皆 さ ま へ



吸入液の使用方法

綴り

この綴りはインタール吸入液の正しい使い方を患者の皆さまへ徹底していただくために用意したものです。

十分な効果を得るために医師から直接患者の皆さまへおわたしてください。

喘息治療剤

インタール[®]吸入液1%

クロモグリク酸ナトリウム吸入液 ●薬価基準収載

患者の皆さまへ アンプルの 取扱い方



1



アンプルを取り出します。

2



使用するアンプルの底の部分を
支持体から切りはなします。

3



アンプル本体の底の部分を持ち、
アンプルを取りはずします。

4



アンプルはキャップごと
取りはずします。

5



アンプルのキャップを、
ねじって切り取ります。

6



吸入器具の中に、
静かに液を押し出します。

（ネブライザーの機種により、
インターール吸入液の注入方法
は異なります。）

保存方法

インターール吸入液は、小児の手に届かない場所に、光をさけて室温で保存してください。

吸入がうまくいかなかった時や、何か疑問が生じた時は、医師、看護師、薬剤師にご相談ください。

インターール吸入液を お使いになる患者の皆さまへ

→ インターール吸入液は、発作を起こさないようにするお薬です

インターール吸入液は、いま起こっている発作を抑えるお薬ではありません。続けて使っていくことで、発作を起こりにくくするお薬です。発作がないときでも、医師から指示されたアンプル数を毎日規則正しく吸入してください。

発作が起こらないからといって、吸入を中止してはいけません。

→ インターール吸入液は、電動式ネブライザーを用いて吸入します

電動式ネブライザーは、医師から指示されたものを使用してください。ネブライザーの使用方法については、ネブライザーの使用説明書をよくお読みください。

→ インターール吸入液の吸入にあたって

- 1 吸入の際には、つねに新しいアンプル 1 本を使用し、すでに開封したアンプルの残液は使用しないでください。
- 2 アンプルの取扱い方については、裏面をご覧ください。
- 3 ネブライザーに入れた薬液の噴霧が終わるまで吸入してください。（ネブライザーの機種によっては、薬液が少し残ることがあります。）
- 4 吸入後、ネブライザーに残っている液は捨ててください。
- 5 ネブライザーはよく水洗いし、乾燥させ、常に清潔に保ちましょう。

