

ランタス注カート

【この薬は？】

販売名	ランタス注カート LANTUS Inj. Cart
一般名	インスリン グラルギン（遺伝子組換え） Insulin Glargine (Genetical Recombination)
含有量 (1カートリッジ：3mL中)	300単位（100単位/mL）

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、持効型溶解インスリンアナログ製剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、基礎インスリンの補充を目的とし、細胞内への糖の取り込み、肝臓で糖を作るはたらきの抑制、および肝臓、筋肉におけるグリコーゲン合成の促進作用などにより血糖値を下げます。
- ・次の病気の人に処方されます。

インスリン療法が適応となる糖尿病

- ・この薬は他のインスリン製剤と併用されることもあります。
- ・この薬は、医療機関において、適切な在宅自己注射教育を受けた患者または家族の方は、自己注射できます。自己判断で使用を中止したり、量を加減せず、医師の指示に従ってください。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・低血糖症状の人
- ・過去にランタス注に含まれる成分または他のインスリン グラルギン製剤で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・インスリンの必要量の変動が激しい人
 - ・手術をした人、外傷を受けた人、感染症などにかかっている人
 - ・妊娠している人
- ・低血糖を起こしやすい次の人
 - ・肝臓または腎臓に重篤な障害がある人
 - ・脳下垂体機能に異常のある人、副腎機能に異常のある人
 - ・下痢、嘔吐（おうと）等の胃腸障害のある人
 - ・飢餓状態の人、食事が不規則な人
 - ・激しい筋肉運動をしている人
 - ・飲酒量が多い人
 - ・高齢の人
- ・低血糖を起こすと事故につながるおそれがある人（高所作業、自動車の運転などの作業に従事している人など）
- ・自律神経障害のある人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○毎回使用する前に、必ずラベルを見て薬の名前を確認してください。

この薬は無色澄明な液剤であるため、速効型または超速効型インスリン製剤と間違えないでください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

使用量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

一回量	4～20単位
回数	1日1回

- ・他のインスリン製剤と併用されることがあります。
- ・この薬とその他のインスリン製剤の使用量を含めた維持量は、通常1日4～80単位です。

毎日一定の時刻に使用します。

●どのように使用するか？


- ・専用のインスリンペン型注入器（イタンゴ）を用いて皮下注射してください。詳しくは、巻末の使用説明書を参照してください。
- ・注射のたびに新しい注射針を使用してください。
- ・注射針は必ず一定の規格（JIS T 3226-2 に準拠したA型専用）に適合したもの

を使用してください。

(くわしくは、医師もしくは薬剤師の指示に従ってください)

- ・本製剤と注射針との装着時に液漏れなどの不具合が認められた場合には、新しい注射針に取り替えてください。
- ・カートリッジの内壁に付着物がみられたり、液中に塊や薄片がみられた場合や、液が変色した場合は使用しないでください。
- ・カートリッジにひびが入っている場合は使用しないでください。
- ・一本のランタス注カートを複数の人で使用しないでください。
- ・皮下注射は、上腕部、大腿部(だいたいぶ)、腹部、腰部などに行います。同一部位内で注射する場合は前回の注射場所から2～3cm離して注射してください。

注射部位の図：色のついた部位に投与する



- ・静脈内に注射しないでください。
- ・使用済みの針は、針ケースに入れたまま容器等に入れて子供の手の届かないところに保管してください。

●使用し忘れた場合の対応

決して2回分を一度に注射しないでください。

注射をし忘れた場合は、医師に相談してください。

●多く使用した時(過量使用時)の対応

- ・低血糖症状(脱力感、強い空腹感、冷や汗、動悸(どうき)、手足のふるえ、意識が薄れるなど)があらわれる可能性があります。
- ・低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、通常は砂糖を飲食してください。 α -グルコシダーゼ阻害剤(アカルボース、ボグリボース、ミグリトール)を併用している場合は、ブドウ糖を飲食してください。意識が薄れてきた場合は、すぐに受診してください。
- ・低血糖症状の一つとして意識障害をおこす可能性もありますので、この薬を使用していることを必ずご家族やまわりの方にも知らせてください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を使用するにあたっては、注射法や低血糖症状への対処法、器具の安全な廃棄方法などについて、患者さんまたは家族の方は十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・指示された時間に食事をとらなかつたり、食事の量が少なかつたり、いつもより激しい運動をしたり、他のインスリン製剤から切り替えるときなど、低血糖症状があらわれることがあります。低血糖症状に関する注意を必ずご家族にも知らせてください。低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、通常は砂糖を飲食してください。α-グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース、ボグリボース、ミグリトール）を併用している場合は、ブドウ糖を飲食してください。意識が薄れてきた場合は、すぐに受診してください。**副作用は？**に書かれていることに特に注意してください。
- ・インスリン グラルギン 300 単位/mL 製剤からこの薬へ切り替えたときに低血糖を起こすことがあるので、切り替え時およびその後しばらくの間は血糖モニタリングが慎重に行われます。
- ・使用方法に間違いがあつたり使用を忘れてたりして、体内のインスリンが不足すると高血糖（体がだるい、脱力感）を起こすことがあります。これらの症状があらわれたら受診してください。
- ・急激な血糖のコントロールに伴い、糖尿病網膜症があらわれたり、悪化したり、目の屈折異常がおこつたり、痛みを伴う神経障害があらわれることがあります。
- ・高所での作業や自動車の運転等、危険を伴う作業に従事しているときに低血糖をおこすと事故につながるおそれがありますので、特に注意してください。
- ・この薬は無色澄明な液ですが、速効型インスリン製剤または超速効型インスリンアナログ製剤ではありません。間違えないように、十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
低血糖 ていけつとう	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、頭痛、動悸（どうき）、空腹感、手足のふるえ
ショック	冷や汗、めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、血の気が引く、息切れ、判断力の低下
アナフィラキシー	からだのだるい、ふらつき、意識の低下、考えがまとまらない、ほてり、眼と口唇のまわりのはれ、しゃがれ声、息苦しい、息切れ、動悸（どうき）、じんましん、判断力の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、脱力感、冷や汗、からだがだるい
頭部	めまい、頭痛、意識がうすれる、考えがまとまらない、意識の低下
顔面	血の気が引く、ほてり
眼	眼と口唇のまわりのはれ
口や喉	しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ
胸部	動悸（どうき）、息切れ、息苦しい
腹部	空腹感
手・足	手足のふるえ
皮膚	じんましん
その他	判断力の低下

【この薬の形は？】

販売名	ランタス注カート
性状・剤形	無色澄明の液（注射剤）
形状	

専用の注入器



【この薬に含まれているのは？】

有効成分	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
添加物	m-クレゾール、塩化亜鉛、グリセリン、pH 調節剤 2 成分

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・未使用のランタス注カートは、凍結を避けて冷蔵庫（2～8℃）で保管してく

ださい。光を避けてください。

- ・イタンゴに装着後は、光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。ただし、冷蔵庫では保管しないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・使用開始後4週間を超えたものは使用しないでください。

●**薬が残ってしまったら？**

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

●**廃棄方法は？**

- ・使用済みのランタス注カートおよび使い捨て注射針については、医療機関の指示どおりに廃棄してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：サノフィ株式会社

(<http://www.sanofi.co.jp>)

くすり相談室

フリーダイヤル 0120-109-905

月～金 9:00～17:00（祝日・会社休日を除く）








- ・操作方法に関する質問は下記へお問い合わせください。

オペチコール24（24時間365日）

フリーダイヤル 0120-49-7010





1. ランタス注カードの取り付け

一度取りつけたランタス注カードは、使い終わるまで取り出さないようにしてください。

<p>①</p> 	<p>ペン本体とキャップをまっすぐ引っばってははずします。</p>
<p>②</p> 	<p>カートリッジホルダーを回してペン本体からはずします。 ●カートリッジホルダーをはずす前に、ダイヤル表示が「0」になっていることを確認してください。</p>
<p>③</p> 	<p>赤いピストン棒リングを軽く当たる感触があるまで回し、ピストン棒をペン本体の中に完全に戻します。 ●円盤を手でつまんでピストン棒を押し込もうとしたり、引っばったりしないでください。</p>
<p>④</p> 	<p>ピストン棒がペン本体の中に戻ったことを確認します。 ●ダイヤル表示が「0」になっていることを確認してください。 ●ピストン棒の先端に円盤がない場合には、使用しないでください。</p>
<p>⑤</p> 	<p>カートリッジがランタス注カードであることを確認します。 ●新しいランタス注カードは、冷蔵庫から出して1～2時間くらい室温下に置いてからお使いください。 ●次のような場合は使用しないでください。 ・カートリッジにひびが入っている。 ・カートリッジ内が無色澄明でない、または浮遊物が見られる。</p>
<p>⑥</p> 	<p>ランタス注カードを、金属キャップの方からカートリッジホルダーに入れます。</p>
<p>⑦</p> 	<p>カートリッジホルダーを止まるまで回し、ペン本体にしっかり取り付けます。 ●ペン本体とカートリッジホルダーの間にすきまが残っていたり、ゆるみがないことを確認してください。</p>

2. 注射針の取り付け

注射のたびに、必ず新しい注射針をご使用ください。

<p>注射針を取りつける前に</p> <p>残量を確認する</p>  <p>カラー帯 ゴムピストン</p>	<p>ランタス注カート内のインスリン残量を確認します。 ゴムピストンの先端がランタス注カートのカラー帯にかかったら新しいランタス注カートに交換する目安です。</p> <p>●使いはじめて4週間を過ぎたランタス注カートは使用しないでください。</p>
<p>①</p> <p>消毒する</p>  <p>ゴム栓</p>	<p>ランタス注カート先端のゴム栓を、消毒用アルコール綿でいねいに拭いて消毒します。</p>
<p>②</p> <p>はがす</p> <p>保護シール</p> 	<p>新しい注射針の保護シールをはがします。</p> <p>●保護シールが破損している場合は、その注射針を使用しないでください。</p>
<p>③</p> <p>① まっすぐさし込む</p> <p>② 回してしっかり取りつける</p> 	<p>ゴム栓に、新しい注射針をまっすぐに差し込み、カートリッジホルダーを持ちながら針ケースを回してしっかり取りつけます。</p> <p>●注射針を斜めに取り付けると、針曲がりや針折れの原因となり、液漏れや液が出なくなるおそれがあります。</p>


3. 空打ち

- ・空打ちは、毎回の注射の直前およびランタス注カードの交換後に必ず行ってください。
- ・イタンゴは注射針を取り付けずに単位設定ダイヤルを回したり、注入ボタンを押し込んだりしないでください。

<p>①</p>	<p>ダイヤル表示が「0」になっていることを確認します。</p>
<p>②</p>	<p>単位設定ダイヤルを回して、ダイヤル表示を「2」単位に設定します。</p>
<p>③</p>	<p>針ケースと針キャップをまっすぐに引っぱって、はずします。</p> <p>●針ケースは、注射後の注射針の取りはずし・廃棄時に使用します。捨てないでください。</p>
	<p>針先を上に向けて持ち、カートリッジホルダーの上部を指で軽く数回はじき、気泡を上部に集めます。</p> <p>●ここからの操作は注射針が出ていますので、十分に注意してください。</p>
<p>④</p>	<p>注入ボタンをダイヤル表示が「0」になるまでしっかり押し込み、針先からインスリンが出てくることを確認します。</p> <p>インスリンが出てこない場合は、「3.空打ち-①」に戻りインスリンが出てくるまで繰り返し空打ちを行います。</p> <p>●新しいランタス注カードを装着した後は、数回空打ちを繰り返さないと、インスリンが出ないことがあります。</p> <p>●空打ちを数回繰り返しても、インスリンが出てこない場合は、注射針がつまっているか、曲がっている可能性があります。新しい注射針に交換し、空打ちの操作を繰り返してください。</p> <p>●注入ボタンの押し込み方などにより、インスリンの排出量が異なって見えることがありますが、空打ち後の注射量には影響はありません。</p> <p>●ランタス注カード内に小さな気泡が残ることがありますが、問題はありません。</p>

4. 単位の設定

①



空打ち後、ダイヤル表示が「0」になっていることを確認します。

②

例：注射する単位が 24 単位の場合



単位の修正



単位設定ダイヤルを回して、注射する単位に設定します。




●故障する可能性があるため、60 単位を超えて単位設定ダイヤルを回さないでください。60 単位を超えて注射する場合は、2回に分けて注射してください。

●単位設定ダイヤルが回らない場合は、無理に回さないでください。イタンゴは残量以上の単位を設定することはできません。注射する単位が残量より多い場合は次のいずれかで対処してください。

①ランタス注カート新しいものに交換し、空打ちをした後、注射する単位に設定し、注射してください。


②残量分を注射した後、新しいランタス注カートに交換し、空打ちをした後、不足分を追加で注射してください。

5. 注射

<p>①</p>  <p>針をさす</p>	<p>注射する部位を消毒用アルコール綿で消毒し、皮膚に注射針をさします。</p>
<p>②</p>  <p>① 真上から押す</p> <p>② [0]を確認</p> <p>③ 押したまま10秒数える</p> <p>約10秒間</p>	<p>注入ボタンを真上からしっかり押し込んで、ダイヤル表示が「0」に戻ったことを確認します。完全にインスリンを注入するため、注入ボタンを押し込んだ状態でゆっくりと10秒数えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 単位設定ダイヤルの側面に指が触れていたり、注入ボタンを斜めから押すと、注入ボタンが押し込めない場合があります。
<p>③</p>  <p>押したまま抜く</p>	<p>注入ボタンを押したまま、注射針を抜きます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 注射針を抜き終わる前に注入ボタンを押す力をゆるめると、まれにランタス注カート内に血液が逆流することがあります。 ● ランタス注カート内に血液が混入した場合は、新しいランタス注カートに交換してください。

6. 後かたづけ


①



針ケースを注射針にまっすぐ取りつめます。

- 感染症や針づまり、気泡の混入を防ぐために注射後は速やかに注射針をはずし、注射のたびに新しい注射針を使用してください。
- 針キャップは絶対に再度使用しないでください。注射針で指をさすおそれがあります。
- 針ケースを斜めから付けると、注射針が針ケースを突き抜けることがあります。
- 注射の手助けをする場合は、針さし事故や感染に注意してください。

②



カートリッジホルダーをしっかり持って、針ケースを回して、注射針を取りはずします。

- 使用済みの注射針は、主治医の指示に従い、危険のないよう廃棄してください。

③







ペン本体にキャップを取りつけ、専用のポーチに戻し、涼しいところで保管します。

- イタンゴおよび使いはじめたインスリンカートリッジは涼しいところで保管してください。また、小児の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や極端に低温または高温になる場所での保管は避けてください。
- イタンゴは決して冷蔵庫に入れないでください。また、凍結させないでください。
- イタンゴの内部にほこりが入らないよう、必ずキャップをして保管してください。

7. ランタス注カートの交換

ランタス注カートの交換時期

 <p>残量を確認する</p> <p>カラー帯 ゴムピストン</p>	<p>ゴムピストンの先端がランタス注カートのカラー帯にかかったら新しいランタス注カートに交換する目安です。</p> <p>●使いはじめて4週間を過ぎたランタス注カートは使用しないでください。</p>
<p>①</p>  <p>回してはまず</p>	<p>注射針をはずした後、カートリッジホルダーを回して取りはずします。</p>
<p>②</p>  <p>取り出す</p>	<p>使用済みのランタス注カートを、カートリッジホルダーから取り出します。</p> <p>●使用済みのランタス注カートは医療機関の指示に従って、安全な方法で廃棄してください。</p>
<p>③</p>  <p>新しいインスリンカートリッジを準備する</p>	<p>新しいランタス注カートを準備し、「1. ランタス注カートの取り付け-③」に戻り、ランタス注カートを正しく取り付けます。</p>